



www.medline.eu/es



Ficha técnica

Restore[®] Sense

Guante de nitrilo libre de polvo con avena coloidal

Referencia(s)

OATN32XS	OATN32S	OATN32M	OATN32L	OATN32XL
XS	S	M	L	XL

Descripción

Guante de nitrilo libre de polvo con avena coloidal

Materiales principales

Libre de látex
Nitrilo libre de polvo
Contiene avena coloidal – Hidratante de la piel

Color

Verde limón

Superficie

Puntas de los dedos texturizadas

Diseño del puño

Con reborde

Aditivos químicos (aceleradores)

Carbamato

Contenido de polvo (según EN455-3)

Contenido de polvo: 0,20 miligramos por guante

Grosor (basado en la media)

Punta del dedo	0,05 mm
Palma	0,05 mm
Puño	0.045 mm

Envasado

250 guantes por caja, 10 cajas por envase (XL – 230 guantes por caja)
Tamaño de la caja: 240 mm x 125 mm x 77 mm (largo x ancho x alto)
Tamaño del envase: 397 mm x 262 mm x 253 mm (largo x ancho x alto)

Características:

- Film MicroStop
- Envasado a capas planas
- Código de talla por colores

Largo y ancho según EN455-2

OATN32XS	OATN32S	OATN32M	OATN32L	OATN32XL
242 mm.	244 mm	244 mm	243 mm	247 mm

	<table><tr><td>75 mm</td><td>87 mm</td><td>98 mm</td><td>106 mm</td><td>113 mm</td></tr></table>	75 mm	87 mm	98 mm	106 mm	113 mm
75 mm	87 mm	98 mm	106 mm	113 mm		
Fuerza de rotura antes del envejecimiento acelerado (según EN455-2 ≥ 6 N)	6,8N					
Fuerza de rotura después del envejecimiento acelerado (según EN455-2 ≥ 6 N, 7 días en horno a 70 ± 2 °C)	6,7N					
Ausencia de agujeros (según EN 455-1)	Aprobado AQL 1,0 (norma requiere conformidad con AQL 1,5) utilizando un plan de muestreo conforme a la norma ISO 2859-1					
Penetración viral	Probado y aprobado, de conformidad con la norma EN 374-5					
Resistencia química	La resistencia a químicos se ha evaluado de acuerdo con EN 16523-1 y a fármacos de quimioterapia de acuerdo con ASTM D 6978. Los resultados y las recomendaciones para su utilización con químicos y fármacos de quimioterapia pueden obtenerse bajo petición					
Fecha de caducidad	36 meses desde la fecha de fabricación Fechas de caducidad y fabricación impresas en el envasado (formato AAAA-MM)					
Normativas y normas de calidad	Producto sanitario no estéril de clase 1 según el Reglamento (UE) 2017/745 y el Reglamento de productos sanitarios del Reino Unido. Cumple con las normas EN 455-1, 2, 3 y 4. Las plantas de fabricación de Medline son conformes a la norma ISO EN 13485					
Certificación EPI	Conforme a los requisitos del Reglamento (UE)2016/425 sobre equipos de protección individual, categoría III, tal como se ha incorporado a la legislación del Reino Unido y se ha modificado. Cumple con las normas EN ISO 420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5 e ISO 16604.					
Contacto con alimentos	Probado de conformidad con el Reglamento Europeo (UE) N.º 10/2011					
Recomendaciones de almacenamiento	Proteger del frío. Evitar el calor excesivo. Mantener seco. El producto se debe proteger de la luz directa del sol, luz fluorescente, rayos X, humedad y ozono.					
País de origen	Malasia					
Fabricante legal	Medline International France SAS 5 rue Charles Lindbergh, 44110 Châteaubriant, Francia					

Revisión: 6

Título del documento: FINT.441 - Technical

Número de documento: EU1-00004-F-



2797 0086



© 2022 Medline Industries LP o una de sus filiales. Todos los derechos reservados.
TDS_OATN32x-RestoreSense-ES04